



DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

1. Date de contact Beneficiar

Denumire: SC ACTAMEDICA SRL	
Adresa: Str. Cornești nr. 65, Tg.-Mureș, Județ Mureș	
Persoana de contact: Dr. Carmen Daniela NICOLAU	Telefon: 0744-540921
E-mail: nicolau_lotus@yahoo.com	

2. Sursa de finanțare:

Sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit: <ul style="list-style-type: none">- Fonduri nerambursabile- Surse proprii Notă: valoarea totală estimată a contractului este de 813.362,88 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în sumă de 162.672,58 lei = TOTAL = 976.035,46 lei	Proiect finanțat prin: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 Competiția POC-A.1-A.1.1.1-A-2015 Proiect „Rețeaua Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Imagistică Hibridă și TeleMedicină Avansată în GastroEnterologie și Cardiologie”, Cod MySMIS+ 103845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Obiectul contractului

Descriere

Denumire contract: Achiziție echipamente de cercetare medicală pentru proiectul „Rețeaua Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Imagistică Hibridă și TeleMedicină Avansată în GastroEnterologie și Cardiologie“
Locul și condiții de livrare: - DDP, Tg.-Mureș, Județ Mureș
Procedura se finalizează prin: livrare, recepționare și punere în funcțiune echipamente
Durata contractului de achiziție: conține durata de livrare a echipamentelor conform ofertei depuse, la care se adaugă termenul de garanție oferit
Oferte alternative sunt acceptate DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>

Cantitatea sau scopul contractului

Scopul contractului achiziție echipamente de cercetare medicală, după cum urmează: Achiziție sistem video-endoscopie digestivă de înaltă rezoluție, cu cromoendoscopie virtuală și video-endoscopie ultrasonografică de înaltă rezoluție, cu elastografie și examinări cu substanță de contrast
Caracteristici minime, conform Cererii de finanțare: <ul style="list-style-type: none">- video-endoscopie digestivă de înaltă rezoluție, cu cromoendoscopie virtuală și video-endoscopie ultrasonografică de înaltă rezoluție, cu elastografie și examinări cu substanță de contrast- mod de lucru HDTV- gastroscop și colonoscop cu magnificație minim 1,2x, cu canal terapeutic- video-ecoendoscop liniar cu posibilități de puncție fină aspirativă- mod tip NBI/I-Scan/FICE



Procedura

Procedura aplicată - în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Condiții de plată

Plata echipamentelor livrate se va face după recepționarea și punerea în funcțiune la locația specificată ca loc de livrare. Plata se va face prin mecanismul Cererilor de plată astfel:

- 30% din valoarea echipamentului (inclusiv TVA) în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la punerea în funcțiune;
- 70% din valoarea echipamentului (inclusiv TVA) în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea finanțării de la Unitatea de plată din cadrul Ministrului Fondurilor Europene.

Criterii de calificare și selecție

Situația personală a candidatului /ofertantului

Se va prezenta în **original** Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (conflictul de interese) - **în original**

Sunt considerate incompatibile și ca urmare se resping ofertele depuse de ofertanți aflați într-una dintre situațiile următoare: există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Persoane juridice române	Cerințe obligatorii: - Certificat constatator în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate autorizat, relevant pentru oferta făcută, asociații/acționarii semnificativi (peste 5%), sediul ofertantului precum și faptul că nu sunt înscrise mențiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 - în original sau copie conform cu originalul.
Persoane juridice / fizice străine	Cerințe obligatorii: - Documente care dovedesc o formă de înregistrare/testare ori apartenență din punct de vedere profesional din țara de origine a ofertantului traduse legalizat în limba română . Dacă documentul nu are un termen de valabilitate se va solicita ca să nu fie mai vechi de 30 de zile. În cazul în care în țara de rezidență a ofertantului formatul Certificatului constatator (sau a documentului echivalent) nu prezintă lista asociaților/ acționarilor semnificativi și/sau obiectul de activitate, ofertantul va prezenta o declarație în original pe propria răspundere din care rezultă informațiile solicitate.

6. Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei	Limba română
Perioada de valabilitate a ofertei	90 de zile de la data deschiderii ofertelor

<p>Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Prin propunerea tehnică ofertantul are obligația de a face dovada conformității bunurilor care urmează a fi livrate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Este obligatorie prezentarea de către fiecare ofertant a tabelelor din secțiunea „Specificatii tehnice”, completate cu modul de respectare a cerințelor minime - cu trimitere la pagina din documentația tehnică. Documentul va fi asumat de ofertant. De asemenea, se va prezenta în original de către fiecare ofertant o autoevaluare a ofertei tehnice avansate, în raport cu criteriile de atribuire stabilite prin intermediul prezentei documentații.</p> <p>În mod obligatoriu, se va specifica producătorul și modelul echipamentului ofertat. Se va atașa o declarație cu privire la anul introducerii în fabricație a modelului ofertat Echipamentul va fi nou și nefolosit și va purta marcajul CE sau echivalent. Manualul de utilizare al echipamentului se va prezenta în limba română. Producătorul va prezenta Certificat ISO 13485 sau echivalent, în termen de valabilitate în copie certificată.</p>
<p>Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție.</p> <p>Costurile de ambalare, transport, asigurare, livrare și de montaj/punere în funcțiune vor fi evidențiate pe poziții separate. Dacă nu există costuri ambalare, transport, asigurare, livrare și de montaj/punere în funcțiune, vor fi evidențiate pe poziție separată cu valoare 0 lei.</p> <p>Propunerea financiară trebuie să fie fermă și nu se reactualizează, rămânând valabilă până la expirarea contractului.</p> <p>Propunerea financiară va fi prezentată ținând cont de specificațiile din caietul de sarcini referitoare la termenele de livrare. Moneda din oferta financiară trebuie să fie RON. Plățile se vor face în RON. Prețurile vor fi prezentate cu 2 zecimale.</p>
<p>Modul de prezentare a ofertei</p>	<p>La solicitarea autorității contractante ofertantul are obligația de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor de calificare, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - un exemplar al propunerii tehnice în original, introdus în plic, pe care se va menționa «Propunere tehnică»; - un exemplar al propunerii financiare în original, introdus în plic, pe care se va menționa «Propunere financiară»; - documentele de calificare și eligibilitate, vor fi prezentate în original, introduse în plic, pe care se va menționa «Documentele de calificare»; - plicurile astfel pregătite se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător, pe care se vor înscrive următoarele: denumirea și adresa ofertantului, denumirea și adresa societății contractante; mențiunile „Oferta pentru atribuirea contractului de achiziție - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 25.01.2017 ora 14:00”

	Nu se acceptă oferte alternative.
Data limită de depunere a ofertelor	25.01.2017, ora 12:00
Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei	<p>- Modificarea și retragerea ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu și inscripția "MODIFICĂRI".</p> <p>- Oferte întârziate: Ofertele care sunt depuse/transmise la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.</p>
Deschiderea ofertelor	<p>Data, ora și locul deschiderii: Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 25.01.2017, ora 14:00, la adresa Str. Cornești 65, Tg.-Mureș, județ Mureș.</p>

VI. Criterii de atribuire

VI.1. Prețul cel mai scăzut	<input type="checkbox"/>
VI.2. Cea mai avantajoasă oferta economică	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTORI DE EVALUARE AI OFERTELOR - CRITERII	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prețul ofertei 30% 2. Relevanța față de temele de cercetare abordate prin proiect 70% <p>Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:</p> <p>1. Prețul - 30 puncte</p> <p>Pentru cel mai mic preț se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 30 puncte. Pentru un preț mai mare se acordă punctajul astfel:</p> $P = (P_{min}/P_n) \times 30$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P_{min} cel mai mic preț oferit • P_n prețul ofertei „n” • P punctajul obținut <p>2. Relevanța față de temele de cercetare abordate prin proiect - 70 de puncte</p>	

Nr	Criterii de evaluare	Scor	Valoare solicitată	Unitate măsură
1	Echipamentul trebuie să fie de vârf de gamă și se va declara anul introducerii în fabricație	5	-	ani
2	Canal de biopsie de minim 2,8 mm pentru gastroscop	5	2,8	mm
3	Canal de biopsie minim 3,2 mm pentru colonoscop	5	3,2	mm
4	Canal de biopsie minim 3,8 mm pentru ecoendoscopul liniar	5	3,8	mm
5	Procesorul endoscopic să aibă funcții programabile direct prin butoanele endoscopului	5	DA/NU	-
6	Procesorul să aibă posibilități digitale de stocare a imaginilor și filmelor prin USB, permițând evitarea altor dispozitive de stocare și transferul prin copiere	5	DA/NU	-
7	Durata maximă a ciclului de dezinfecție complet pentru mașina de spălat	5	40	min
8	Trasabilitate automată pentru mașina de spălat	5	DA/NU	-
9	Videoprosesorul pentru cromoendoscopie virtuală prezintă moduri specifice de vizualizare a imaginii pentru o mai bună caracterizare a mucoasei și / sau inflamațiilor	10	DA/NU	-
10	Zoom optic pentru videogastroscop	10	1,2x	-
11	Zoom optic pentru videocolonoscop	10	1,2x	-
TOTAL		70		

Calculul punctajului pe criterii se face astfel:

- Pentru valoarea maximă ofertată pe criteriu se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare;
- Pentru criteriile de evaluare cu DA/NU - pentru răspuns „DA” se acordă 5 puncte, pentru răspuns „NU” se acordă 0 puncte;
- Pentru restul ofertelor punctajul se calculează după formula:

$C = ((C_n - C_{sol}) / (C_{max} - C_{sol})) * \text{Scor}$, unde:

- C_n - valoarea specificată în cadrul ofertei „n”
- C_{sol} - valoarea solicitată pe criteriu
- C_{max} - Valoarea maximă ofertată pe criteriu
- Scor - punctaj maxim pe criteriu
- C - punctajul obținut

Punctaj final se va calcula prin însumarea punctajelor criteriilor de mai sus. Numărul maxim de puncte = 100 de puncte. În caz de punctaj egal va avea câștig de cauză oferta cu prețul mai mic. În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, SC ACTAMEDICA SRL va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea se vor raporta exclusiv la informațiile prezentate în ofertă/răspunsurile la clarificările solicitate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Echipamente de cercetare medicală

1. Specificații tehnice:

Specificații tehnice sistem video-endoscopie digestivă și video-ecoendoscopie digestivă	Da	Nu	Referință documentație*
1. Videoprocesor digital High Definition			
Interfață pentru memorarea configurării mai multor utilizatori			
Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor			
Funcția dual: permite afișarea a două imagini în timp real, una procesată și una reală			
Cromoendoscopie virtuală			
Moduri de măsurare a luminozității: Automatic - Peak/AVE sau Manual			
Funcția de scanare a stop-cadrlui în minim 3 trepte, cu afișarea imaginilor în timp real (selectează cea mai buna imagine)			
Posibilitate de etalonare de alb			
Tastatură pentru introducerea informațiilor despre pacient			
Afișarea datelor despre pacient și memorarea a minim 45 de pacienți			
Salvarea imaginilor statice și/sau dinamice pe stick, via USB			
Ieșire: minim HD-SDI, DVI, Y/C, composite			
Pompă de aer/apă inclusă, cu minim 3 trepte de putere și borcan autoclavabil			
Tip iluminare: de ultimă generație, pentru a evita schimbarea frecventă a sursei de lumină și supraîncălzirea zonei de examinat			
2. Videogastroscoop terapeutic High Definition			
Imagine color High Definition			
Zoom optic min 1,2 x			
Adâncimea câmpului vizual: minim 1,5-100 mm			
Mâner de comandă cu minim 4 butoane cu funcții care pot fi definite			
Unghi de vedere: minim 140°			
Deflexie: min. sus 210°, jos 90°, st. 90°, dr. 90°			
Diametrul maxim al tubului de inserție: 9,9 mm			
Canal instrumentar (biopsie): minim 2,8 mm			
Canal suplimentar de jet de apă			
Lungimea de lucru: minim 1000 mm			
3. Videocolonoscop High Definition			
Imagine color High Definition			
Zoom optic min 1,2 x			



Specificații tehnice sistem video-endoscopie digestivă și video-ecoendoscopie digestivă	Da	Nu	Referință documentație*
Adâncimea câmpului vizual: minim 1,5-100 mm			
Mâner de comandă cu minim 4 butoane cu funcții care pot fi definite			
Unghi de vedere: minim 140°			
Deflexie: min. sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160°			
Diametrul maxim al tubului de inserție: 13,2 mm			
Canal instrumentar: min. 3,2 mm			
Canal suplimentar de jet de apă			
Rigiditate progresivă presetată			
Lungimea de lucru: minim 1330 mm			
4. Procesor de ecoendoscopie cu contrast și elastografie			
Scanare electronică: - mod de afisare: B-mode, PW mode, CH mode, PD mode, CD mode, THI mode - scanare: liniară - compatibilă cu ecoendoscoapele electronice liniare - frecvențe utilizate: 5, 7,5, 10, 12 MHz - memorie cine - THI mode, CH mode, Elastography mode			
Tastatură: cu touch-panel			
Interfață USB			
Funcție picture-in-picture pt. a putea afișa imaginea videoendoscopică sau cea ecografică			
5. Videoecoendoscop liniar terapeutic			
Imagine color			
Unghi de vedere lateral min 40°			
Mâner de comandă cu minim 4 butoane cu funcții care pot fi definite			
Unghi de vedere: minim 120°			
Deflexie: min. sus 130°, jos 130°, st. 120°, dr. 120°			
Diametrul maxim al tubului de inserție: 13,9 mm			
Canal instrumentar: min. 3,7 mm			
Lungimea de lucru: minim 1250 mm			
Prevăzut cu elevator			
Direcția de scanare longitudinală			
6. Aspirator endoscopic			
Vacuum minim 85kPa			
Putere minim 30 l/minut			
Filtru microbacterian minim 10 buc.			
7. Monitor High definition 27"			
Standard de siguranță medicală			
Rezoluție minim 1920 x 1080			
Diagonală minim 27"			
Intrare și ieșire: minim HDMI, DVI-D, VGA, Composite, Y/C			
8. Tester de etanșeitate cu manometru			
9. Trolie			
Cu roți autoblocante			
Compatibil cu sistemul			



Specificații tehnice sistem video-endoscopie digestivă și video-ecoendoscopie digestivă	Da	Nu	Referință documentație*
Cu suport pentru două endoscoape			
Suport glisant pentru tastatură			
10. Insuflator CO₂			
11. Pompă de apă pentru canalul suplimentar de jet			
12. Mașină automată pentru dezinfectie endoscoape			
Mașină de spălat endoscoape pentru un endoscop pe/ciclu			
Ecran de lucru			
Cu test de etanșeitate automat			
Cu unitate de dedurizare a apei încorporată			
Control al temperaturii încorporat			
Sistem de dozaj al detergenților cu alarmă			
Ciclu de dezinfectare complet (spălare, dezinfectare, clătire)			
Durată ciclu complet minim 20 de minute - maxim 40 de minute			
Ciclu de auto-dezinfectare			
Printer încorporat			
Posibilitate de conectare la internet			
Salvarea informațiilor pentru trasabilitate (Informații: serie endoscop, ciclul dezinfectie, dată-oră, personal de lucru) atât prin tipărire pe suport fizic (hârtie termică) cât și back-up electronic			
13. Garanție:			
Termen de garanție: 24 de luni pentru sistem (inclusiv pentru procesor și endoscoape), de la data instalării și punerii în funcțiune			
14. Servicii asociate incluse:			
Transportul până la sediul beneficiarului			
Instalarea și punerea în funcțiune			
Școlarizarea personalului medical și tehnic			

*Referință = Pagina din prospect, catalog, manual de utilizare etc., prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței tehnice

Toate cerințele sunt minime. Toate posibilele mențiuni sau referirile la marcă sau denumire sau cerință sau dimensiune se interpretează „sau echivalent”.



2. Termenul de livrare și punere în funcțiune a echipamentelor

Nr. crt.	Denumire	Termen livrare
1	Sistem video-endoscopie digestivă de înaltă rezoluție, cu cromoendoscopie virtuală și video-endoscopie ultrasonografică de înaltă rezoluție, cu elastografie și examinări cu substanță de contrast	60 zile de la lansarea comenzii

3. Garanția: Furnizorul va asigura asistența tehnică în perioada de garanție a produselor (se solicită o perioadă de garanție de minim 2 ani de la punerea în funcțiune). În perioada de garanție, furnizorul va asigura pe cheltuiala proprie componentele care se defectează, manopera aferentă montajului acestora și costurile generate de deplasarea echipei de service. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens.

4. Documente de livrare:

- a) Factura
- b) Aviz de expediție,
- c) Certificat de calitate,
- d) Carte tehnică (manual) - în limba română,
- e) Certificat de garanție,
- f) Certificat de conformitate.

Verificarea produsului furnizat se va face cantitativ și calitativ.

Controlul calitativ va constă în verificarea certificatului de calitate sau declarației de conformitate.

Controlul cantitativ va consta în numărarea produselor livrate.

Nu se admit oferte alternative. Nu sunt admise produse second-hand.

La livrare se vor semna de către părți:

- a) Procesul verbal de predare - primire (recepție cantitativă și calitativă);
- b) Procesul verbal de punere în funcțiune;
- c) Procesul verbal de instruire a personalului.

- Ambalare, livrare, transport, garanție și documente
 - o *Ambalare - dacă este cazul*
Ambalarea se va face conform instrucțiunilor de ambalare ale produsului/echipamentului, astfel încât acesta să fie protejat la transport și depozitare.
 - o *Livrare DDP*
Toate produsele vor fi livrate și montate, astfel încât să se încadreze în termenele precizate în contract.

Obligațiile și responsabilitățile furnizorului

Furnizorul se obligă:

- Să furnizeze produsele în termenii stabiliți prin contract
- Să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor Caietului de sarcini



- Să respecte reglementările obligatorii referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului în timpul livrării produselor
- Să nu afecteze prin livrare mediul înconjurător sau alte proprietăți
- Să anunțe prin telefon sau fax beneficiarul asupra datei la care urmează să aibă loc livrarea și verificarea, în locul indicat de Beneficiar
- Să înlocuiască în perioada de garanție produsele necorespunzătoare calitativ, refuzate de beneficiar, în termen de 15 zile de la comunicare
- Să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuiala vânzătorului, în termenele stabilite în contract, în maxim 48 de ore de la comunicare

Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

- Să indice locul unde urmează să fie livrate produsele și recepționate pe bază de Proces Verbal
- Să asigure personal pentru efectuarea recepției calitative și cantitative
- Să avizeze în scris furnizorul asupra defecțiunilor apărute în perioada de garanție
- Să plătească prețul produselor, conform contractului încheiat.



Operator economic

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a _____, în calitate de _____ la Ofertantul _____ referitor la procedura de achiziție echipamente de cercetare medicală pentru proiectul „Rețeaua Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Imagistică Hibridă și TeleMedicină Avansată în GastroEnterologie și Cardiologie, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul/a _____ declar că voi informa imediat SC ACTAMEDICA SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că SC ACTAMEDICA SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....
(nume și funcție persoană autorizată)

.....
(semnătură persoană autorizată)

Data completării: