

CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL

Sediul social: Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, judetul Hunedoara, cod postal 332020, România.

Tel: 0724512025 Fax: 0354113938

E-mail: alinavochitoiu@yahoo.com

SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de **Furnizare:**
„Achiziție laser de înaltă intensitate, aparat de drenaj limfatic, aparat terapie electromagnetica și aparat terapie shockwave”

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2. - Prioritatea de investiții POR 2.2. - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Denumirea proiectului: „Extinderea și diversificarea activității CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE prin achiziția de aparate și echipamente performante de ultimă generație”

Codul SMIS al proiectului: 136629

I. Informații generale

Tipul contractului

☒ furnizare

☐ servicii

Obiectul contractului de furnizare

Bunuri:

1. **Laser de înaltă intensitate – 1 buc.**
2. **Aparat de drenaj limfatic – 1 buc.**
3. **Aparat terapie electromagnetica – 1 buc.**
4. **Aparat terapie shockwave – 1 buc.**

Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului):

- Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie

nr. 1, etaj parter, judetul Hunedoara, cod
postal 332020, România

Tipul și durata contractului:

- contract de furnizare
- durata contractului: 5 luni cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare (31.01.2022)

Termenul de livrare:

- 1 luna de la lansarea comenzii cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare (31.01.2022)

-

Valoarea estimată a contractului:

221,000.00 RON + TVA, din care

- **1.Laser de inalta intensitate** – 1 buc – 43,000.00+TVA
- **2.Aparat de drenaj limfatic** – 1 buc – 15,000.00 + TVA
- **3.Aparat terapie electromagnetica** – 1 buc. – 120,000.00 + TVA
- **4.Aparat terapie shockwave** – 1 buc. – 43,000.00 + TVA

Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii

☐ Da
☒ Nu

Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției

☐ Da
☒ Nu

Procedura de atribuire aplicată:

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

Detalii despre evaluarea ofertelor:

Clarificări care pot fi solicitate în etapa de

evaluare a ofertelor de preț:

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei
- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)
- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

20.07.2021 ora 16:00

Locul și modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secțiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poștă, curierat sau personal la: **Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, județul Hunedoara, cod postal 332020, România, persoana de contact Vochitoiu Elena-Alina, tel. 0724512025.**

Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și

oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișă tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa:

- a. Perioada de garanție
- b. Condiții de plată. Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată

reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016).

- c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor
- d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).
- e. Alte informații pe care le considerați relevante.

Data deschiderii ofertelor:	20.07.2021 ora 17:00
Limba de redactare a ofertei:	română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri autorizate pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana
Moneda folosită:	RON sau EURO (cursul valutar Infoeuro din luna in care s-a intocmit nota de determinare a valorii, 1 EURO = 4.9227RON) sau alta moneda, dar cursul valutar sa fie curs Infoeuro din luna mai 2021)
Curs valutar utilizat:	1 EURO - 4.9227 curs infoeuro din luna mai 2021
Ofertele alternative:	Sunt interzise
Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea	Clarificările pot fi trimise prin email: Vochitoiu Elena-Alina, e-mail: alinavochitoiu@yahoo.com,

ofertanților:

până la data de 15/07/2021.

II. Specificații tehnice

Echipamentele / Utilajele pentru care se solicită ofertele de preț:

Echipamentele care se achiziționează trebuie să încorporeze tehnologii care permit eficientizarea consumurilor energetice.

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la ...)	
1.	Laser de înaltă intensitate SAU ECHIVALENT	<ul style="list-style-type: none">lungime de undă minim 1064 nm;	1	1 buc.
		<ul style="list-style-type: none">ecran de tip touch screen	3	
		<ul style="list-style-type: none">aplicator fibră optică;	8	
		<ul style="list-style-type: none">aplicator holder;	7	
		<ul style="list-style-type: none">putere penetrare țesut până la 10 cm;	6	
		<ul style="list-style-type: none">Putere: minimum 10 W	4	
		<ul style="list-style-type: none">Ochelari protecție – 2 buc	5	
		<ul style="list-style-type: none">Carucior transport cu roți multidirectionale	2	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none">Librarie grafică sau bază de date pentru pacienți	3	
		<ul style="list-style-type: none">Protocoloale clinice prestabilite min. 30	2	
		<ul style="list-style-type: none">Informații aferente fiecărui protocol clinic, în care sunt prezentați parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament,	1	

2.	Aparat de drenaj limfatic SAU ECHIVALENT	<ul style="list-style-type: none"> ecran color touch screen minim 5.7"; 	6	1 buc.
		<ul style="list-style-type: none"> min 10 programe prestabilite; 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> minim 60 programe definite de utilizator; 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> presiune: intre 20 si minim 150 mmHg; 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Manson membre superioare si inferioare 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Presiune ajustabila pentru fiecare compartiment si posibilitatea dezactivarii a oricarei camere 	3	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none"> Posibilitatea dezactivare una sau mai multe camere 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Enciclopedie cu recomandari terapeutice 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Protocoale clinice presetate: minimum 25 	2	
3.	Aparat terapie electromagnetica SAU ECHIVALENT	<ul style="list-style-type: none"> frecvență până la 150 Hz; 	1	1 buc.
		<ul style="list-style-type: none"> intensitate până la 2.5 Tesla; 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Touch screen color de minim 8.4"; 	6	
		<ul style="list-style-type: none"> monitorizare a calității impulsurilor; 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Navigare zone anatomice 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament 	4	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none"> braț cu șase articulații, suport mobil; 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Min. 100 de programe create de catre utilizator 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, 	2	

		imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.		
		<ul style="list-style-type: none"> Aparatul sa fie mobil 	3	
4.	Aparat terapie shockwave SAU ECHIVALENT	<ul style="list-style-type: none"> ecran color touch screen de minim 5.7" 	3	1 buc.
		<ul style="list-style-type: none"> presiunea maxima de maxim 5 bari, frecvență maxima de maxim 21 Hz 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Minimum 50 de programe create de catre utilizator 	2	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none"> cap emisie SWT universal diametru 15 mm; 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Protocoale clinice 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc 	1	

*Prezentarea caracteristicilor tehnice suplimentare, constituie un avantaj tehnic în selectarea furnizorului câștigător, dar nu este obligatoriu prezentarea acestora.

Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite.

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

III.Clauze contractuale solicitate:

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții. Specificatiile si oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare. . Nu exista posibilitatea ajustarii pretului in contract.

IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților

ANEXA NR. 1 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

OFERTANT/OFFERTANT ASOCIAT

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a),, în calitate de, referitor la procedura **de atribuire a contractului de furnizare: Achiziție laser de înaltă intensitate, aparat de drenaj limfatic, aparat terapie electromagnetică și aparat terapie shockwave**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice minime solicitate	Caracteristici tehnice oferitate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
1.	Laser de inalta intensitate SAU ECHIVALENT	lungime de undă minim 1064 nm;	
		ecran de tip touch screen	
		aplicator fibră optică;	
		aplicator holder;	
		putere penetrare țesut până la 10 cm;	
		Putere: minimum 10 W	
		Ochelari protectie – 2 buc	
		Carucior transport cu roti multidirectionale	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		Librarie grafica sau baza de date	

		pentru pacienti	
		Protocoale clinice prestabilite min. 30	
		Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament,	
2.	Aparat de drenaj limfatic SAU ECHIVALENT	ecran color touch screen minim 5.7";	
		min 10 programe prestabilite;	
		minim 60 programe definite de utilizator;	
		presiune: intre 20 si minim 150 mmHg;	
		Manson membre superioare si inferioare	
		Presiune ajustabila pentru fiecare compartiment si posibilitatea dezactivarii a oricarei camere	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		Posibilitatea dezactivare una sau mai multe camere	
		Enciclopedie cu recomandari terapeutice	
		Protocoale clinice presetate: minimum 25	
3.	Aparat terapie electromagnetica	frecvență până la 150 Hz;	
		intensitate până la 2.5 Tesla;	

	SAU ECHIVALENT	Touch screen color de minim 8.4”;	
		monitorizare a calității impulsurilor;	
		Navigare zone anatomice	
		Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		braț cu șase articulații, suport mobil;	
		Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti	
		Min. 100 de programe create de catre utilizator	
		Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.	
		Aparatul sa fie mobil	
4.	Aparat terapie shockwave SAU ECHIVALENT	ecran color touch screen de minim 5.7”	
		presiunea maxima de maxim 5 bari, frecvență maxima de maxim 21 Hz	
		Minimum 50 de programe create de catre utilizator	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		cap emisie SWT universal diametru 15 mm;	

		<p> Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti </p>	
		<p> Protocoale clinice </p>	
		<p> Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc </p>	

Data completării:

Nume și prenume:

Semnătura

CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ

La procedura de atribuire **laser de inalta intensitate, aparat de drenaj limfatic, aparat terapie electromagnetica si aparat terapie shockwave**

ELEMENTE SOLICITATE	ELEMENTE OFERTATE
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 12.07.2021	
Oferta este redactată în limba română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri autorizate pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana	
Termenul de livrare solicitat este de 1 luna de la lansarea comenzii cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare (31.01.2022)	
Condiția de plată. Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016).	
Echipamentele ofertate sunt noi.	
Perioada de garanție ofertată este de minim 12 luni.	
Costul echipamentului	

Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	
---	--

Data:...../...../.....

OFERTANT

.....

SEMNĂTURA

.....