

Nume firmă: FIZIOTERA CONCEPT S.R.L.

CUI/CIF: 37466736

Număr Registrul Comerțului: J35/1488/27.04.2017

Adresă sediu social: Municipiul Timisoara, România, Str. Albastrele nr. 35, Camera 4, județul Timis, cod postal 300320, România

Telefon: 0763 588 958

Email: burchici.adina@yahoo.com

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Obiectiv Tematic - Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei". Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. 4.1.1 Investiții în activități productive.

ORDINUL Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Titlul Proiectului

“Cresterea capacitatii de rezilienta pentru FIZIOTERA CONCEPT SRL prin investitii noi”

Cod SMIS: 161758

Achiziție: „Achiziția de echipamente medicale”

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nr. Crt.	Întrebare	Răspuns
1	Ecograf tip 1 1. Referitor la cerința tehnică: „Ecran tactil cu diagonala min. 21.5” ”, vă rugăm menționați dacă acceptați și un sistem cu „Monitor cu diagonala de minim 21.5” ”. Sistemul pe care intenționăm să îl oferim este de ultimă generație și prezintă	Ecograf tip 1 Referitor la cerința tehnică: „Ecran tactil cu diagonala min. 21.5” ”, din analiza celor menționate și a specificațiilor minimale ce rezultă din Cererea de Finanțare am decis modificarea specificației, astfel: „Monitor de înaltă

	multiple caracteristici superioare, iar pentru aplicația clinică a sistemului, caracteristicile propuse sunt optime pentru asigurarea unui act medical de calitate.	<i>rezoluție în tehnologie LCD cu diagonală de 21.5” si Ecran tactil ce dispune de comenzi diferite în funcție de examinare și modul de lucru selectat ”</i> Actualizarea se regăsește și în Procedura de achiziții actualizată.
2	<i>Ecograf tip 2</i> 1. Referitor la cerința tehnică: <i>„Posibilitate ajustare viteza de propagare ultrasunete”</i> , vă rugăm să eliminați această cerință, deoarece nu afectează performanța sistemului, această cerință având astfel caracter restrictiv în mod nejustificat, împiedicând posibilitatea operatorilor economici de a oferta, în cadrul prezentei proceduri, sisteme de ecografie de ultimă generație realizate de către producători consacrați, ultraspecializate și configurate în totalitate pentru a oferi cele mai bune performanțe având în vedere aplicația finală a sistemului.	<i>Ecograf tip 2</i> Referitor la cerința tehnică: <i>„Posibilitate ajustare viteza de propagare ultrasunete”,</i> ”, din analiza celor menționate și a specificațiilor minimale ce rezultă din Cererea de Finanțare am decis modificarea specificației, astfel: <i>“Posibilitate de optimizare a parametrilor pentru scanarea cazurilor dificile prin asigurarea unei viteze optime de propagare a ultrasunetelor”</i> . Actualizarea se regăsește și în Procedura de achiziții actualizată.

Vă mulțumim.

Cu deosebită considerație,
REPREZENTANT LEGAL
BURCHICI ADINA