



Nr. 503 /06.09.2018

Răspuns la solicitarea de clarificări în
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
ECHIPAMENTE DE LABORATOR

Pentru dotarea laboratorului de genomică
în cadrul proiectului

*„AGROTRANSILVANIA CLUSTER- CLUSTER INOVATIV SPECIALIZAT ÎN DOMENIUL
BIOECONOMIEI”*

Ca urmare a solicitării de clarificări transmise referitoare la anunțul publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente de laborator pentru dotarea laboratorului de genomică în cadrul susmenționatului proiect, formulăm prezentul:

Răspuns la solicitarea de clarificări

<u>Nr.crt</u>	<u>Întrebare</u>	<u>Răspuns</u>
1.	<p>În caietul de sarcini pentru bunul "Termocycler" se solicită:</p> <p>"dimensiuni reduse de maxim 285x180x190mm (LxIxH) și greutate mica de max. 5.5Kg pentru optimizarea spațiului din laborator".</p> <p>Această caracteristică este limitativă și se pot descalifica aparate cu caracteristici tehnice superioare.</p> <p>O astfel de greutate presupune excluderea aparatelor robuste, cu o calitate superioară a materialelor utilizate, pentru că orice aparat PCR de pe piață cu blocuri de argint/aur cântăresc cel puțin 15 kg.</p>	<p>Dimensiunile maxime specificate pentru bunul ce se dorește a fi achiziționat nu sunt limitative, nefiind solicitate dimensiunile exacte ale aparatului ci dimensiunile maxime ale acestuia, ofertanții având posibilitatea să ofere aparate cu dimensiuni sau greutate mai reduse decât acestea.</p> <p>Dimensiunile solicitate sunt importante pentru respectarea designului laboratorului de genomică al achizitorului astfel încât locul alocat acestui aparat să fie exploatat la maxim, având în vedere că în laborator există și alte echipamente.</p>



AgroTransilvania

Cluster

	Singura dimensiune importantă în optimizarea spațiului în laborator ar fi lungimea echipamentului, lățimea și înălțimea nu ar constitui nicio problem reală privind optimizarea oricărui spațiu din laborator.	
--	--	--

Data

06.09.2018

ASOCIAȚIA

„CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA”

Reprezentant legal

Arion Horațiu Felix