
Nr.119/25.11.2019

Raspuns solicitare clarificari nr.2

Avand in vedere solicitarea de clarificari primita pe email in data de 22.11.2019, inregistrata sub nr. 117, prin care un posibil participant la procedura simplificata de **Achizitie echipamente laborator**, in cadrul proiectului ” Înființare capacitate de producție la SC VETRO SOLUTIONS SRL”, cod SMIS 116430, solicita clarificari, va transmitem urmatoarele :

Intrebare	Raspuns
Intrebare: Referitor la documentația privind Procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare "Achiziție echipamente de laborator", poziția 7 - mașină de sitat, sunt necesare și site? dacă da, câte și de ce mărimi?	Raspuns : La echipamentul denumit masina de sitat sunt necesare site. Dimensiunile ochiurilor sitelor sunt urmatoarele: 45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm Nr. site: 8 buc.

Reprezentant legal,
Dumitru Fodor