

## PROCEDURA COMPETITIVA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE CENTRIFUGA

- Clarificare privind denumirea "certificare GMP" de la  
**capitolul B: SPECIFICATII TEHNICE, CERINTA 1: De reglementare**

Prin GMP se intelege:

1. Paharele de inox in care se introduc cupele de centrifugare din PP/PPCO sa fie din inox 316 si polisare  $<0,8 \mu\text{m}$  (sau similar)
  2. Unitatea de racire interna sa fie cu condensator racit cu apa
- Corectarea Documentatie de calificare IQ/OQ/PQ cu **Documentatie si calificare IQ/OQ/PQ** de la **capitolul B: SPECIFICATII TEHNICE, Cerinta 10: Cerinte de implementare** "

Termenul de depunere al ofertelor este vineri 23.04.2021 ora 12

Director de proiect

Laura Olariu

Director general

Liliana Manzatu

