

## **CLINICA GRIVITEI 224 S.R.L.**

cod fiscal 43501790

cu sediul JUDET BRAILA, LOC

BRAILA, CAL CALARASILOR, NR 51

BL 104, SC 2, ET 2, AP 34

TEL : 0767 218 976

Nr 31/20.08.2021



Catre toti operatorii economici interesati  
Referitor solicitare de clarificari inaintata pentru Lotul 1 – Ecograf

Specificatiile tehnice depuse in procedura au stat la baza elaborarii proiectului de finantare si semnarea contractului de finantare . Acestea sunt caracteristici tehnice minim solicitate in raport cu nevoile si specificul specialitatilor din cadrul clinicii noastre ce vor fi desfasurate. Aceste caracteristici sunt minim solicitate pentru o buna implementare si desfasurare a proiectului .

Avand in vedere cerintele din documentatia de achizitie putem accepta echipamente cu caracteristici similare sau superioare echipamentelor supuse licitatiei, in cazul de fata in urma solicitarii de clarifici primite nu putem accepta caracteristici inferioare celor minime solicitate prin prezenta procedura .

Reiteram aspectul ca dorim sa achizitionam echipamente cu specificatii tehnice raportate la cerintele publicate drept pentru care nu putem schimba caracteristice tehnice.

Conform procedurii publicate : „Cerintele tehnice din prezentul anunt reprezinta caracteristici tehnice minime necesare ofertarii si nu se pot modifica/actualiza. Este obligatorie respectarea caracteristilor tehnice mentionate mai sus. Nerespectarea acestora va conduce la respingerea ofertelor .”

Drept pentru care nu putem accepta cerinte tehnice inferioare celor prezentate in documentatia de atribuire iar raspunsurile noastre punctuale la cerintele dvs. sunt dupa cum urmeaza :

1. Gama de frecvente 1 – 22 MHz este evident mai larga decat gama propusa 1 – 18 MHz solicitata pentru acceptare. O gama larga de frecventa este un indicator al nivelului inalt de performante al unui ecograf. In consecinta, sistemul propus este inferior ca și performanță. Cerinta initiala se mentine.

2. Pentru intrunirea cerintei trebuie oferit un panoul de comanda cu ecran de comenzi in tehnologie touchscreen de minim 11 inch. Propunerea dvs este inferioara cerintei si se respinge.
3. Numarul minim de canale digitale pentru procesarea imaginii de 385.000 propus este net inferior numarul minim de 4.500.000 canale digitale solicitat pentru procesarea imaginii ceea ce asigura imagini cu rezolutie foarte inalta. Numarul de canale de procesare este un indicator al nivelului inalt de performante a unui ecograf deoarece influenteaza direct puterea de procesare a semnalului. Cerinta initiala se mentine.
4. Ca si posibilitati de upgrade ulterior, au fost solicitate ambele tipuri de elastografii ShearWave pentru ficat - la nivel de punct de masurare si la nivel de regiune de interes. Faptul ca un aparat ofera ambele tipuri de elastografii ale ficatului prin metoda ShearWave prezinta un avantaj. Cerinta initiala se mentine.
5. Traductorul liniar de banda larga trebuie sa respecte toate cerintele minime solicitate inclusiv cerinta cu privire la aplicatiile de contrast, ceea ce ii confera performante superioare si posibilitati de upgrade ulterioare. Cerinta initiala se mentine.
6. Traductorul convex de banda larga trebuie sa aiba un camp de vizualizare de minim 110 grade ceea ce asigura o mai buna vizualizare a organelor sau structurilor mari, mai ales in cazul pacientilor supraponderali. Un camp de vizualizare de 70 de grade este inferior cerintelor minimale si nu se accepta.
7. Este bine cunoscut faptul ca numarul de elemente din alcatuirea unui sonde influenteaza direct rezolutia imaginii. Prin reducerea numarului de elemente este deteriorata calitatea imaginii prin scaderea rezolutiei. Numarul minim de 80 de elemente din cerinta reprezinta o valoare uzuala indeplinita chiar si de echipamente cu performante reduse. Cerinta initiala se mentine.

ADMINISTRATOR  
DR. NICOLESCU ANA-MARIA

