

BIOTEHNOS		
Nr. Inregistrare	P22	
lesire		
Ziua	Luna	Anul
15	08	2021

PROCEDURA COMPETITIVA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SPECTROMETRU FT-IR

Clarificare privind capitolul B: SPECIFICATII TEHNICE punctul IV 4.5-4.6:

1. Se precizeaza ca minimul necesar este un set de ferestre de tipul ZnSe si CaF_2 sau KBr si CaF_2 sau CaF_2 si KBr sau similar compatibile cu celula de transmisie (punctul 4.5). si celula de transmisie in flux (punctul 4.6).
- 2. Se precizeaza necesitatea includerii in sistem a pompei peristaltice cu viteza variata si furtune compatibile cu celula de transmisie in flux, inclusiv pentru drumuri optice mici.

Termenul de depunere al ofertelor este vineri 27.08.2021 ora 14:00.

Director de proiect

Laura Olariu