

Project: IMPROVED HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT SERVICES AT INDUSTRIAL ECOLOGICAL PARK - ECOPARK  
Case Number: 2021/330980

**Subiect: Achiziție echipamente de laborator Lot 1 - solicitare de clarificări nr. 1**

**Solicitare de clarificări nr. 1**

Ref. Echipament nr. 3: Sistem de extracție accelerată

În specificația tehnică s-a solicitat:

Modulul pentru extracție poluanți:

- Echipat cu rotor de presiune pentru vase din sticlă - min. 24 probe simultan

Se pot oferi vase cu volume de la câțiva mililitri până la vase de sute de mililitri. În funcție de volumul vaselor se pot prepara probe cu volume mai mici sau mai mari.

Solicitare 1: Vă rugăm să ne comunicați care este volumul minim acceptat al vaselor de sticlă pentru rotorul de 24 probe simultan.

**Răspuns:**

100 ml volum minim acceptat al vaselor de sticlă pentru rotorul de 24 probe simultan

**Solicitare de clarificări nr. 2**

Ref. Echipament nr. 3: Sistem de extracție accelerată

În specificația tehnică s-a solicitat:

Modulul pentru lucrul la presiune ridicată:

- Echipat cu rotor de înaltă presiune, pentru vase din teflon care să poată lucra la temperaturi de min. 300°C și presiuni de min. 100 bar - min. 15 probe simultan

Se pot oferi vase cu volume de la câțiva mililitri până la vase de sute de mililitri. În funcție de volumul vaselor se pot prepara probe cu volume mai mici sau mai mari.

Solicitare 2: Vă rugăm să ne comunicați care este volumul minim acceptat al vaselor din teflon pentru rotorul de 15 probe simultan.

**Răspuns:**

100 ml volumul minim acceptat al vaselor din teflon pentru rotorul de 15 probe simultan

Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii de achiziție!

Diana Teodor  
Administrator  
ECOMASTER – SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

